

Số: 17/TB-TTYT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm thông báo đến các Công ty, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá trang thiết bị như sau:

1. Danh mục cần báo giá:

STT	Trang thiết bị	Đơn vị tính	Giá báo	Ghi chú
01	Máy đo SpO2 HSX: Contec Model: CMS60D <i>Thông số kỹ thuật:</i> <ul style="list-style-type: none">Màn hình hiển thị OLED màu 1.8", độ phân giải 160×128Dải đo SPO2 là 0 – 100%Độ chính xác SPO2:<ul style="list-style-type: none">Từ 70 đến 100% là +2%Dưới 70% không xác định đượcDải đo nhịp tim: 30 – 250BPMĐộ chính xác nhịp mạch: +2bpmCông suất tiêu thụ ít hơn 100mA	Cái		

2. Thời gian nhận báo giá : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/5/2025.


Kính mời các Công ty cung cấp quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên, đề nghị liên hệ và gửi báo giá đến Khoa Dược –TTB&VTYT - Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình.

Địa chỉ : Số 654, quốc lộ 1A - Ấp TT B - TT Hòa Bình - H. Hòa Bình - T. Bạc Liêu. Điện thoại : 0918.777.880 Ds.Diệp. Gửi file scan qua mail ngantri2806@gmail.com

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Các công ty báo giá;
- Lưu: VT, KD



Tăng Phương Thanh