

Số: 13 /TB-TTYT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm thông báo đến các Công ty, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục thiết bị y tế cần báo giá:

ST T	Hàng hóa	Đơn vị tính	Giá báo	Ghi chú
01	MÁY TRUYỀN DỊCH *Thông số kỹ thuật: Tỷ lệ : 1ml / h ~ 1,200ml / h Độ chính xác của lưu lượng : Trong khoảng $\pm 5\%$ (sau khi hiệu chuẩn chính xác) Độ chính xác cơ khí : Trong phạm vi $\pm 2\%$ Tỷ lệ thanh lọc: 100ml / h ~ 1,000ml / h (bước 100 ml / h) Khối lượng truyền : 1ml ~ 9999ml Tổng thể tích truyền: 0.1ml ~ 9999.9ml Tỷ lệ KVO : 1ml / h ~ 5 ml / h (bước 1ml / h) Loại trừ : Cao: 800mmHg \pm 200mmHg (106.7kPa \pm 26.7kPa Trung bình: 500mmHg \pm 100mmHg (66.7kPa \pm 13.3kPa Thấp: 300mmHg \pm 100mmHg (40.7kPa \pm 13.3kPa) Bảo động âm thanh và hiển thị độc đáo: Cảnh báo bằng giọng nói của con người khi kết thúc tiêm, tắc, mở cửa, bong bóng trong ống, cài đặt sai, pin yếu, nguồn AC bị rút ra, v.v. Nguồn điện : AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz; Pin	Cái		

Li có thể sạc lại bên trong, dung lượng $\geq 1,600\text{mAh}$, pin dự phòng trong 4 giờ			
Máy dò bong bóng: Máy dò sóng siêu âm; độ nhạy phát hiện $\geq 25\mu\text{L}$			
Cầu chì : F1AL / 250V, 2 máy tính bên trong			
Công suất tiêu thụ: 18VA			
Điều kiện vận hành : Nhiệt độ môi trường: $+ 5^{\circ}\text{C} \sim + 40^{\circ}\text{C}$; Độ ẩm tương đối: $20 \sim 90\%$ Áp suất khí quyển: $86.0\text{kpa} \sim 106.0\text{kpa}$			
Điều kiện vận chuyển & lưu trữ : Nhiệt độ môi trường: $-30^{\circ}\text{C} \sim + 55^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm tương đối: $\leq 95\%$			
Phân loại thiết bị : Cấp II, cấp nguồn bên trong, Loại CF			
Phân loại IP : IPX4			
kích thước : $153\text{mm (D)} \times 162\text{mm (R)} \times 227\text{mm (C)}$			
<ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh- Việt - Bảo trì, bảo dưỡng: 3 tháng/lần, 4 lần/ trên năm - Cung cấp đầy đủ chứng từ theo máy CO, CQ, Tờ khai hải quan nhập khẩu... 			

2. Thời gian nhận báo giá : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/01/2026.

Kính mời các Công ty cung cấp quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên, đề nghị liên hệ và gửi báo giá đến Khoa Dược –TTB&VTYT - Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình.


Địa chỉ : Số 654, quốc lộ 1A - Ấp TT B - Xã Hòa Bình - T. Cà Mau

Điện thoại : 0918.777.880 Ds.Diệp

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Các công ty báo giá;
- Lưu: VT.



Tăng Phương Thanh